



<b>Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.</b>	
Nazwa Projektu	<b>„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego”</b>
Nr wniosku o dofinansowanie:	RPWM.04.03.01-28-0034/17

Giżycko, dn. 25.01.2019r.

Sprawa: PZOSiPO.241.1.2019

#### ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Z DNIA 23.01.2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę pod nazwą: „Zakup urządzeń do monitorowania mikroklimatu i sprzętu dla niepełnosprawnych”.

#### **Część I Zakup mierników i oprogramowania do monitorowania mikroklimatu w salach gimnastycznych i pomieszczeniach do nauki.**

Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 502163-N-2019 z dnia 16.01.2019.r

##### **Pytanie 1.**

Czy dopuszczają Państwo złożenie oferty na rejestratory z komunikacją po Wi-Fi zamiast portu RS 232?

##### **Odpowiedź:**

Nie.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na rejestratory z komunikacją po Wi-Fi zamiast portu RS 232, ponieważ przy rejestratorach z komunikacją po Wi-Fi transfer danych pomiarowych następuje za pomocą bezprzewodowej sieci LAN do chmury, której zaawansowane wykorzystanie wymaga dodatkowych opłat, również wiąże się to z uzależnieniem systemu od zewnętrznej firmy, co także nie jest celowe.


##### **Pytanie 2.**

Czy dopuszczają Państwo złożenia oferty na rejestratory z zakresem pomiaru do 5.000ppm CO2?

##### **Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści złożenie oferty na rejestratory z zakresem pomiaru do 5.000ppm CO2, pod warunkiem zachowania wyspecyfikowanego parametru : „ Rozszerzony zakres pomiarowy (bez deklarowanej dokładności pomiaru)” - 5001...9999 ppm, opisanego w SIWZ.

W niektórych szkolnych pomieszczeniach (w szczególności na sali gimnastycznej, siłowni, w gabinetach Medycznej Szkoły Policealnej) może wystąpić stężenie CO2 powyżej 5.000, dlatego parametr –Rozszerzony zakres pomiarowy (bez deklarowanej dokładności pomiaru)-5001...9999 ppm jest istotny.



**Pytanie 3.**

Czy dopuszczają Państwo złożenie oferty na rejestratory o dokładności pomiaru CO<sub>2</sub>: 3 % mierzonej wartości  $\pm 100$ ppm?

**Odpowiedź:**

Tak.

Zamawiający dopuści złożenie oferty na rejestratory o dokładności pomiaru CO<sub>2</sub>: 3% mierzonej wartości  $\pm 100$ ppm. Oferowana dokładność jest zbliżona do założonej w SIWZ, chociaż wyrażona w inny sposób.

**Pytanie 4.**

Czy dopuszczają Państwo złożenie oferty na rejestratory o zakresie pomiaru temperatury (0...+50)°C.

**Odpowiedź:**

Tak.

Zamawiający dopuści złożenie oferty na rejestratory o zakresie pomiaru temperatury (0...+50)°C.

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Usługi Społecznej  
i Placówek Oświatowych w Giżycku  
*mgr Małgorzata Czopińska*